

Local: _____

Data: ____/____/____

Técnico Responsável: _____

1. CONDIÇÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO

- ☐ Tomógrafo ligado e sem falhas no sistema
- ☐ Verificação de mensagens de erro ou alarmes na tela
- ☐ Painel de controle funcional e sem botões danificados
- ☐ Conexões de cabos e fiação em bom estado
- ☐ Sistema de resfriamento operando corretamente

2. COMPONENTES FÍSICOS E SEGURANÇA

- ☐ Verificação da borracha lateral de proteção (fixação e integridade)
- ☐ Verificação das almofadas e suportes de imobilização (limpeza e posicionamento adequado)
- ☐ Mesa de exames limpa e sem rachaduras ou desalinhamentos
- ☐ Faixas de contenção próprias para uso

3. QUALIDADE DE IMAGEM E CALIBRAÇÃO

- ☐ Realização de teste de qualidade de imagem e ruído
- ☐ Calibração do tomógrafo

4. HIGIENIZAÇÃO E BIOSSEGURANÇA

- ☐ Higienização da mesa e partes de contato com o paciente
- ☐ Desinfecção dos apoios e cintas de imobilização

Observações:

Responsável pela verificação: _____