

Identificação do paciente

Nome: _____ Idade: _____

Data de Nascimento: ____/____/____ Assinatura: _____

1) CURATIVO: Evite molhar o curativo e a ferida operatória por 03 (três) dias após o implante (coloque um plástico, pvc de cozinha por exemplo, sobre o mesmo para tomar banho).

Retire o curativo após 72 horas; Após a retirada do curativo passe povidine, álcool iodado ou cloxedina alcoólica (merthiolate) sobre a ferida operatória, até a cicatrização completa; Faça um novo curativo pequeno com gaze estéril e micropore ou tegaderm + PAD da nexcare, para proteger a ferida operatória, que deverá ser trocado diariamente após o banho.

Examine a ferida operatória regularmente, qualquer anormalidade entre imediatamente em contato; Os pontos são internos, e os externos caem sozinhos, não precisam ser retirados.

2) MEDICAÇÃO: Tome 35 gotas de novalgina em água, ou de tylenol, se alérgico(a), em caso de dor ou febre; Persistindo o quadro entre em contato; Mantenha a medicação que já fazia uso regularmente até o retorno ao seu médico.

3) MOVIMENTAÇÃO DO BRAÇO: Não movimente o braço do lado da ciruriga nas primeiras 24 horas, evite deitar sobre o braço do lado operado nos primeiros 07 (sete) dias; Não faça esforço ou movimentos bruscos (carregar sacolas, dirigir, empurrar móveis, pegar objetos em locais altos). Durante 30 dias após o implante do dispositivo.

4) PRECAUÇÕES: Para realização de procedimentos cirúrgicos com uso de bisturi elétrico, ressonância nuclear magnética, radioterapia e/ou litotripsia, entre em contato com fabricante/médico assistente para receber todas as orientações necessárias.

5) ACOMPANHAMENTO DO DCEI: O seu DCEI deverá ser avaliado periodicamente para adequação de programação, avaliação do desgaste da bateria e obtenção de informações por telemetria através de programador específico (Não deixe de fazer as revisões periódicas).

6) CUIDADOS ESPECIAIS: Não há restrições quanto ao uso de aparelhos eletrônicos domésticos; Procure utilizar sempre o telefone celular no lado oposto ao operado; Não há problema em passar por detectores de metais, em aeroportos, bancos e lojas, evite apenas ficar parado no portal; Tenha sempre a carteira de identificação do dispositivo em seu poder.

7) DÚVIDAS: Leia atentamente o manual que acompanha o seu DCEI; Estamos ao seu dispor para qualquer esclarecimento.

8) REVISÃO CIRÚRGICA: Marque a revisão cirúrgica após **15-20 Dias** do procedimento.

9) URGÊNCIAS: Em caso de urgência procure a emergência do hospital onde foi realizada a sua cirurgia.